



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

На медицинское изделие

Стол операционный универсальный, электрогидравлический HyBase

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"Нанкин Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР,
Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., 666# Middle Zhengfang Road,
Jiangning, Nanjing, Jiangsu, 211111, P.R. China**

Производитель

**"Нанкин Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР,
Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., 666# Middle Zhengfang Road,
Jiangning, Nanjing, Jiangsu, 211111, P.R. China**

Место производства медицинского изделия

**Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., 666# Middle Zhengfang Road,
Jiangning, 211111, Nanjing, Jiangsu, P. R. China**

Номер регистрационного досье № РД-50742/42004 от 29.06.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.30.112

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 30 листах

приказом Росздравнадзора от 27 сентября 2022 года № 9073
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0063657

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 1

На медицинское изделие

Стол операционный универсальный, электрогидравлический HyBase,
в вариантах исполнения:

I. Стол операционный универсальный, электрогидравлический HyBase, вариант исполнения HyBase 3000, в составе:

1. Основной блок стола HyBase 3000, 1 шт.
2. Шнур сетевой, 1 шт.
3. Руководство оператора, 1 шт.
4. Паспорт, 1 шт.
5. Матрасы, 1 комплект, в составе:
 - 5.1. Матрас для спинной секции, 1 шт. (при необходимости).
 - 5.2. Матрас для тазовой секции, 1 шт. (при необходимости).
 - 5.3. Матрас для головной секции, 1 шт. (при необходимости).
 - 5.4. Матрасы для ножной секции, 2 шт. (при необходимости).
 - 5.5. Матрас для встроенного почечного валика, 1 шт. (при необходимости).
6. Головная секция, 1 шт. (при необходимости).
7. Левая ножная секция, 1 шт. (при необходимости).
8. Правая ножная секция, 1 шт. (при необходимости).
9. Ручной проводной пульт управления, не более 4 шт. (при необходимости).
10. Модуль продольного сдвига столешницы, 1 шт. (при необходимости).
11. Встроенный почечный валик, 1 шт. (при необходимости).
12. Встроенный почечный валик, карбоновый, 1 шт. (при необходимости).
13. Подлокотник легкий в комплекте с матрасом, модель A42XX - не более 4 шт. (при необходимости).
14. Ручной проводной пульт управления с функцией продольного сдвига столешницы, не более 4 шт. (при необходимости).
15. Кожух основания из нержавеющей стали, 2 шт. (при необходимости).
16. Односекционная ножная секция в комплекте с полиуретановым матрасом, модель A57XR - не более 2 шт. (при необходимости).
17. Односекционная ножная секция в комплекте с матрасом с эффектом памяти формы, модель A57XX - не более 2 шт. (при необходимости).
18. Навесной дренажный таз, универсальный, модель A25XX - не более 4 шт. (при необходимости).
19. Навесной дренажный таз для стола HyBase 3000, модель 301XX - не более 4 шт. (при необходимости).
20. Подлокотник усиленный в комплекте с матрасом с эффектом памяти формы,

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0103999

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 2

- модель А43ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).
21. Подлокотник усиленный в комплекте с полиуретановым матрасом, модель А43ХР - не более 4 шт. (при необходимости).
22. Опора для ног по Геппелю усиленная, модель А29ХХ - не более 8 шт. (при необходимости).
23. Опоры для ног по Геппелю облегченные, модель А28ХХ - не более 8 шт. (при необходимости).
24. Опора для ступни левая, модель А24ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
25. Опора для ступни правая, модель А24ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
26. Опора для плеча усиленная левая, модель А15ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
27. Опора для плеча усиленная правая, модель А15ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
28. Опора для туловища большая усиленная, модель А17ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
29. Опора для туловища малая усиленная, модель А17ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
30. Фиксатор бедра, модель А22ХХ - не более 5 пар. (при необходимости).
31. Фиксатор голени, модель А23ХХ - не более 5 пар. (при необходимости).
32. Ремень для бедра, модель А20ХХ - не более 5 пар. (при необходимости).
33. Ремень для голени, модель А21ХХ - не более 5 пар. (при необходимости).
34. Подушка для спинальной хирургии, модель Р02ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).
35. Ремень для фиксации, модель А13ХХ - не более 10 шт. (при необходимости).
36. Держатель рентген-кассеты, модель А53ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
37. Крепление для нейрохирургических принадлежностей универсальный, тип 2, модель А47ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).
38. Крепление для нейрохирургических принадлежностей, тип 1, модель А48ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).
39. Штанга для инфузионных растворов с креплением на рельс, модель А60ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).
40. Ножной пульт управления, модель А59ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).
41. Анестезиологическая рамка легкая, модель А12ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).
42. Боковая опора для руки, модель А36ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).
43. Опоры для плеч, модель А14ХХ - не более 4 пар. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104229

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 3

44. Опора для туловища, модель A16XX - не более 4 пар. (при необходимости).
45. Анестезиологическая рамка усиленная, модель A11XX - не более 4 шт. (при необходимости).
46. Зажим для фиксации принадлежностей с квадратным отверстием усиленный, модель A32XX - не более 10 шт. (при необходимости).
47. Зажим для фиксации принадлежностей с квадратным отверстием, модель A33XX - не более 10 шт. (при необходимости).
48. Зажим для фиксации принадлежностей с круглым отверстием усиленный, модель A35XX - не более 10 шт. (при необходимости).
49. Зажим для фиксации принадлежностей с круглым отверстием, модель A34XX - не более 10 шт. (при необходимости).
50. Анестезиологическая рамка U-образная, модель A10XX - не более 4 шт. (при необходимости).
51. Двойная боковая опора для рук, модель A41XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- 51.1. Боковая опора для руки с зажимом, верхняя, 1 шт.
- 51.2. Боковая опора для руки с зажимом, нижняя, 1 шт.
52. Подушка гелевая для спинальной хирургии, модель P10XX - не более 4 шт. (при необходимости).
53. Подушка гелевая под грудную клетку, модель P28XX - не более 15 шт. (при необходимости).
54. Подушка гелевая для противотягового упора, модель P14XX - не более 15 шт. (при необходимости).
55. Ремень гелевый для голеностопного сустава, модель P13XX - не более 15 шт. (при необходимости).
56. Ремень гелевый для лучезапястного сустава, модель P27XX - не более 15 шт. (при необходимости).
57. Ремень гелевый для локтевого сустава, модель P18XX - не более 15 шт. (при необходимости).
58. Ремень гелевый для туловища, модель P23XX - не более 15 шт. (при необходимости).
59. Гелевый валик полукруглый детский, модель P04XX - не более 15 шт. (при необходимости).
60. Короткий гелевый валик полукруглый, средний, модель P35MX - не более 15 шт. (при необходимости).
61. Короткий гелевый валик полукруглый, большой, модель P35LX - не более 15 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104230

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 4

(при необходимости).

62. Короткий гелевый валик полукруглый, малый, модель P35SX - не более 15 шт. (при необходимости).

63. Длинный гелевый валик полукруглый, большой, модель: P17LX - не более 15 шт. (при необходимости).

64. Длинный гелевый валик полукруглый, малый, модель P17SX - не более 15 шт. (при необходимости).

65. Длинный гелевый валик полукруглый, средний, модель P17MX - не более 15 шт. (при необходимости).

66. Подушка гелевая для конечностей длинная, модель P03LX - не более 15 шт. (при необходимости).

67. Подушка гелевая для конечностей короткая, модель P03SX - не более 15 шт. (при необходимости).

68. Подушка гелевая под пятку, модель P12XX - не более 15 шт. (при необходимости).

69. Подушка гелевая под тазобедренный сустав, модель P01XX - не более 15 шт. (при необходимости).

70. Подушка гелевая универсальная прямоугольная, малая, модель P24SX - не более 15 шт. (при необходимости).

71. Подушка гелевая универсальная прямоугольная, средняя, модель P24MX - не более 15 шт. (при необходимости).

72. Подушка гелевая универсальная прямоугольная, большая, модель P24LX - не более 15 шт. (при необходимости).

73. Трехсекционный гелевый матрас на весь стол, модель P21XX - не более 5 шт. (при необходимости).

74. Подушка гелевая с полной поддержкой головы при укладке на живот, модель P19XX - не более 15 шт. (при необходимости).

75. Подушка гелевая детская с полной поддержкой головы при укладке на живот, модель P08XX - не более 15 шт. (при необходимости).

76. Подушка гелевая для головы при укладке на живот, малая, модель P11XX - не более 15 шт. (при необходимости).

77. Подушка гелевая для головы при укладке на живот, большая, модель P06XX - не более 15 шт. (при необходимости).

78. Подголовник гелевый круглый, большой, модель P34LX - не более 15 шт. (при необходимости).

79. Подголовник гелевый круглый, средний, модель P34MX - не более 15 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104231

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 5

80. Подголовник гелевый круглый детский, большой, модель P09LX - не более 15 шт. (при необходимости).
81. Подголовник гелевый круглый детский, малый, модель P09SX - не более 15 шт. (при необходимости).
82. Подголовник гелевый круглый для младенцев, модель P32XX - не более 15 шт. (при необходимости).
83. Подголовник гелевый круглый, малый, модель P34SX - не более 15 шт. (при необходимости).
84. Подголовник гелевый круглый детский, средний, модель P09MX - не более 15 шт. (при необходимости).
85. Подголовник гелевый подковообразный, большой, модель P16LX - не более 15 шт. (при необходимости).
86. Подголовник гелевый подковообразный, средний, модель P16MX - не более 15 шт. (при необходимости).
87. Подголовник гелевый подковообразный детский, большой, модель P07LX - не более 15 шт. (при необходимости).
88. Подголовник гелевый подковообразный детский, малый, модель P07SX - не более 15 шт. (при необходимости).
89. Подголовник гелевый подковообразный для новорожденных, модель P31XX - не более 15 шт. (при необходимости).
90. Подголовник гелевый подковообразный, малый, модель P16SX - не более 15 шт. (при необходимости).
91. Подушка гелевая для головы универсальная при укладке на спину, модель P25XX - не более 15 шт. (при необходимости).
92. Подголовник гелевый офтальмологический детский, модель P29LX - не более 15 шт. (при необходимости).
93. Подголовник гелевый офтальмологический, большой, модель P29LX - не более 15 шт. (при необходимости).
94. Подголовник гелевый офтальмологический, малый, модель P29MX - не более 15 шт. (при необходимости).
95. Подушка гелевая для головы при укладке на спину, модель P30XX - не более 15 шт. (при необходимости).
96. Подушка гелевая универсальная под голову, малая, модель P26SX - не более 15 шт. (при необходимости).
97. Подушка гелевая универсальная под голову, большая, модель P26LX - не более 15 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104232

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 6

98. Подушка гелевая универсальная для подлокотника, короткая, модель P20SX - не более 15 шт. (при необходимости).
99. Подушка гелевая универсальная для подлокотника, длинная, модель P20LX - не более 15 шт. (при необходимости).
100. Подушка гелевая для укладки на боку, модель P05XX - не более 15 шт. (при необходимости).
101. Опоры для ног с петлями, модель A08XX - не более 4 пар. (при необходимости)
102. Офтальмологическая головная секция с опорой для рук хирурга, модель A51XX - не более 4 шт. (при необходимости).
103. Столик для операций на верхних конечностях с матрасом, модель A40XX - не более 4 шт. (при необходимости).
104. Устройство для позиционирования пациента на животе для проктологических вмешательств, модель A02XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- 104.1. Подушка для позиционирования на животе, 1 шт.
- 104.2. Ремень, 1 шт.
- 104.3. Опора для ног, 1 шт.
105. Ремень для позиционирования руки, модель A18XX - не более 5 шт. (при необходимости).
106. Манжета для фиксации конечностей, модель A19XX - не более 6 шт. (при необходимости).
107. Секция для операций на голени, навесная, модель A77XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- 107.1. Противотяговый упор подколенный, 1 шт.
- 107.2. Вытяжной механизм, 1 шт.
- 107.3. Скоба вытяжения, 1 шт.
- 107.4. Опора для ног по Геппелю, 1 шт.
108. Секция для операций на бедре в положении на боку, навесная, модель A80XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- 108.1. Противотяговый упор для бедра, 1 шт.
- 108.2. Поддерживающая стойка, 2 шт.
- 108.3. Скоба вытяжения с винтовым механизмом, 1 шт.
- 108.4. Опора для позиционирования голени, 1 шт.
109. Тазовые секции треугольные расширительные, модель A79XX - не более 4 пар. (при необходимости).
110. Поддон для хирургических инструментов, тип 1, модель A45XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104233

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 7

- 110.1. Фиксатор, 1 шт.
- 110.2. Поддон, 1 шт.
- 110.3. Зажим, 1 шт.
- 110.4. Ограничительное кольцо, 1 шт.
- 111. Поддон для хирургических инструментов, тип 2, модель A44XX - не более 4 шт.
(при необходимости), в составе:
 - 111.1. Штанга Г-образная, 1 шт.
 - 111.2. Поддон, 1 шт.
 - 111.3. Зажим с круглым отверстием, 1 шт.
 - 111.4. Ограничительное кольцо, 1 шт.
 - 111.5. Витовой зажим, 1 шт.
- 112. Поручень для родовспоможения, модель A07XX - не более 4 шт. (при необходимости).
- 113. Тазовые секции трапециевидные расширительные, модель A54XX - не более 4 пар. (при необходимости).
- 114. Устройство для фиксации колена, модель A26XX - не более 4 шт. (при необходимости).
- 115. Опора для операций на плече с матрасом, модель A39XX - не более 4 шт. (при необходимости).
- 116. Секция для операций на предплечье, модель A55XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - 116.1. Плечевой дистальный упор, 1 шт.
 - 116.2. Плечевой латеральный упор, 1 шт.
 - 116.3. Фиксатор кисти по Вайнбергеру, 1 шт.
- 117. Секция для операций на плече, модель A56XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - 117.1. Локтевой упор, 1 шт.
 - 117.2. Фиксатор кисти по Вайнбергеру, 1 шт.
- 118. Опора для колена, модель A27XX - не более 4 шт. (при необходимости)
- 119. Устройство-расширитель бокового рельса тип 2, модель A31XX - не более 5 шт. (при необходимости).
- 120. Устройство-расширитель бокового рельса тип 1, модель A30XX - не более 5 шт. (при необходимости).
- 121. Подушка гелевая для операций на щитовидной железе, модель P15XX - не более 5 шт. (при необходимости).
- 122. Подушка гелевая с жесткой внутренней частью, модель P33XX - не более 15 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104234

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 8

(при необходимости).

123. Зажимы для ремня для фиксации, модель A09XX - не более 10 пар. (при необходимости).

124. Опора для позиционирования руки, модель A37XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

124.1. Устройство-расширитель бокового рельса тип 2, 1 шт.

124.2. Боковая опора для руки, 1 шт.

125. Подушка для ног при позиционировании на боку, модель P22XX - не более 5 шт. (при необходимости).

126. Опора для ноги для секции для операций на нижних конечностях, модель A72XX - не более 5 шт. (при необходимости).

127. Рама для спинальной хирургии, модель HyBF-1 - не более 3 шт. (при необходимости).

128. Тележка для рамы для спинальной хирургии, модель A73XX - не более 3 шт. (при необходимости).

129. Одноразовые чехлы для рамы для спинальной хирургии, 6 шт. в упаковке, модель A74XX - не более 5 уп. (при необходимости).

130. Матрасы для рамы для спинальной хирургии, модель A75XX - не более 3 пар. (при необходимости).

131. Опора для головы для спинальной хирургии, модель A76XX - не более 3 шт. (при необходимости).

132. Транспортная секция, модель A03XX - не более 5 шт. (при необходимости).

133. Подковообразная нейрохирургическая головная секция, модель A49XX - не более 4 шт. (при необходимости).

134. Подковообразная головная секция, модель A50XX - не более 4 шт. (при необходимости).

135. Опора для рук хирурга для подковообразной головной секции, модель A52XX - не более 4 шт. (при необходимости).

136. Секция для вытяжения шейного отдела, модель A46XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

136.1. Ролик вытяжения, 1 шт.

136.2. Направляющая- 1 шт

136.3. Винтовой зажим, 1 шт.

136.4. Адаптер, 1 шт.

137. Опора для ног гинекологическая, с пневмопружиной, модель A62XX - не более 4 пар. (при необходимости), в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104235

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 9

- 137.1. Ботинок, 2 шт.
- 137.2. Вкладыш, 2 шт.
- 137.3. Опора, 2 шт.
- 137.4. Фиксатор положения, 2 шт.
- 137.5. Пневмопружина, 2 шт.
- 138. Опора для ног гинекологическая, механическая, модель А61ХХ - не более 4 пар.
(при необходимости), в составе:
 - 138.1. Ботинок, 2 шт.
 - 138.2. Вкладыш, 2 шт.
 - 138.3. Опора, 2 шт.
 - 138.4. Фиксатор положения, 2 шт.
- 139. Секция для операций на нижних конечностях, комфорт, навесная, модель
HyExtent-III, не более 3 шт. (при необходимости), в составе:
 - 139.1. Направляющие, 2 шт.
 - 139.2. Тазовая секция, 1 шт.
 - 139.3. Направляющие с шарнирным соединением, 2 шт.
 - 139.4. Поддерживающие стойки, 2 шт.
 - 139.5. Адаптер, 2 шт.
 - 139.6. Транспортная тележка, 1 шт.
 - 139.7. Противотяговый упор, 1 шт.
 - 139.8. Ботинок комфорт, 2 шт.
 - 139.9. Вытяжной механизм, 1 шт.
- 140. Секция для операций на нижних конечностях, базовая, навесная, модель HyExtent-
III - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:
 - 140.1. Направляющие, 2 шт.
 - 140.2. Тазовая секция 1 шт.
 - 140.3. Направляющие с шарнирным соединением 2 шт.
 - 140.4. Поддерживающие стойки 2 шт.
 - 140.5. Адаптер 2 шт.
 - 140.6. Транспортная тележка 1 шт.
 - 140.7. Ботинок базовый 2 шт.
 - 140.8. Вытяжной механизм 1 шт.
- 141. Фиксатор черепа нейрохирургический алюминиевый, артикул 115-038235-00, не
более 4 шт. (при необходимости), в составе:
 - 141.1. Штифтодержатель одинарный алюминиевый, 1 шт.
 - 141.2. Штифтодержатель двойной алюминиевый, 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0104236

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 10

- 141.3. Черепной фиксатор регулируемый алюминиевый, 1 шт.
141.4. Переходник шарнирный алюминиевый, 1 шт.
141.5. Основное крепление алюминиевое
142. Фиксатор черепа нейрохирургический рентгенпрозрачный, артикул 115-059649-00, не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
142.1. Штифтодержатель одинарный рентгенпрозрачный, 1 шт.
142.2. Штифтодержатель двойной рентгенпрозрачный, 1 шт.
142.3. Черепной фиксатор регулируемый рентгенпрозрачный, 1 шт.
142.4. Переходник шарнирный Рентгенпрозрачный, 1 шт.
142.5. Основное крепление рентгенпрозрачное, 1 шт.
143. Адаптер для фиксатора черепа, артикул 115-038342-00, не более 4 шт. (при необходимости).
144. Штифты к фиксатору черепа титановые взрослые, 3 штуки в упаковке, артикул 101-000474-00, не более 5 шт. (при необходимости).
145. Штифты к фиксатору черепа титановые, детские, 3 штуки в упаковке, артикул 101-000475-00, не более 5 шт. (при необходимости).
146. Штифты к фиксатору черепа из нержавеющей стали взрослые, 3 штуки в упаковке, артикул 101-000476-00, не более 5 шт. (при необходимости).
147. Штифты к фиксатору черепа из нержавеющей стали детские, 3 штуки в упаковке, артикул 101-000477-00, не более 5 шт. (при необходимости).
148. Подковообразный подголовник для фиксатора черепа взрослый, артикул 115-047821-00, не более 5 шт. (при необходимости).
149. Подковообразный подголовник для фиксатора черепа детский, артикул 115-047822-00, не более 5 шт. (при необходимости).
150. Тележка для принадлежностей, модель A01XX - не более 4 шт. (при необходимости).
151. Батарея аккумуляторная 12В, 2 шт. (при необходимости).
152. Предохранитель 250В Т6.3АН, 2 шт. (при необходимости).
153. Переносная зарядная станция для пульта управления, 2 шт. (при необходимости).
II. Стол операционный универсальный, электрогидравлический HyBase, вариант исполнения HyBase 6100 (ход столешницы 502мм), в составе:
1. Основной блок стола HyBase 6100 (ход столешницы 502мм), 1шт.
2. Шнур сетевой, 1 шт.
3. Руководство оператора, 1 шт.
4. Паспорт, 1 шт.
5. Матрасы, 1 комплект, в составе:
**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0104237

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 11

- 5.1. Матрас для спинной секции, 1 шт. (при необходимости).
- 5.2. Матрас для тазовой секции, 1 шт. (при необходимости).
- 5.3. Матрас для головной секции, 1 шт. (при необходимости).
- 5.4. Матрасы для ножной секции, 2 шт. (при необходимости).
- 5.5. Матрас для встроенного почечного валика, 1 шт. (при необходимости).
6. Головная секция, 1 шт. (при необходимости).
7. Левая ножная секция, 1 шт. (при необходимости).
8. Правая ножная секция, 1 шт. (при необходимости).
9. Ручной проводной пульт управления, не более 4 шт. (при необходимости)
10. Модуль продольного сдвига столешницы, 1 шт. (при необходимости)
11. Встроенный почечный валик, 1 шт. (при необходимости)
12. Механогидравлический привод, 1 шт. (при необходимости)
13. Столешница карбоновая, 1 шт. (при необходимости)
14. Столешница карбоновая, с почечным валиком, 1 шт. (при необходимости).
15. Подлокотник легкий в комплекте с матрасом, модель А42ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).
16. Кожух основания из нержавеющей стали, не более 2 шт. (при необходимости).
17. Односекционная ножная секция в комплекте с полиуретановым матрасом, модель А57ХР - не более 2 шт. (при необходимости).
18. Односекционная ножная секция в комплекте с матрасом с эффектом памяти формы, модель А57ХХ - не более 2 шт. (при необходимости).
19. Навесной дренажный таз, универсальный, модель А25ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).
20. Навесной дренажный таз для стола HyBase 6100, модель А70ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).
21. Подлокотник усиленный в комплекте с матрасом с эффектом памяти формы, модель А43ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).
22. Подлокотник усиленный в комплекте с полиуретановым матрасом, модель А43ХР - не более 4 шт. (при необходимости).
23. Опора для ног по Геппелю усиленная, модель А29ХХ - не более 8 шт. (при необходимости).
24. Опоры для ног по Геппелю облегченные, модель А28ХХ - не более 8 шт. (при необходимости).
25. Опора для ступни левая, модель А24ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
26. Опора для ступни правая, модель А24ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).
27. Опора для плеча усиленная левая, модель А15ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104238

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 12

необходимости).

28. Опора для плеча усиленная правая, модель A15XX - не более 5 шт. (при необходимости).

29. Опора для туловища большая усиленная, модель A17XX - не более 5 шт. (при необходимости).

30. Опора для туловища малая усиленная, модель A17XX - не более 5 шт. (при необходимости).

31. Фиксатор бедра, модель A22XX - не более 5 пар (при необходимости).

32. Фиксатор голени, модель A23XX - не более 5 пар (при необходимости).

33. Ремень для бедра, модель A20XX - не более 5 пар (при необходимости).

34. Ремень для голени, модель A21XX - не более 5 пар (при необходимости).

35. Подушка для спинальной хирургии, модель P02XX - не более 4 шт. (при необходимости).

36. Ремень для фиксации, модель A13XX - не более 10 шт. (при необходимости).

37. Держатель рентген-кассеты, модель A53XX - не более 5 шт. (при необходимости).

38. Крепление для нейрохирургических принадлежностей универсальный, тип 2, модель A47XX - не более 4 шт. (при необходимости).

39. Крепление для нейрохирургических принадлежностей, тип 1, модель A48XX - не более 4 шт. (при необходимости).

40. Штанга для инфузионных растворов с креплением на рельс, модель A60XX - не более 4 шт. (при необходимости).

41. Ножной пульт управления, модель A59XX - не более 4 шт. (при необходимости).

42. Анестезиологическая рамка легкая, модель A12XX - не более 4 шт. (при необходимости).

43. Боковая опора для руки, модель A36XX - не более 4 шт. (при необходимости).

44. Опоры для плеч, модель A14XX - не более 4 пар (при необходимости).

45. Опора для туловища, модель A16XX - не более 4 пар (при необходимости).

46. Анестезиологическая рамка усиленная, модель A11XX - не более 4 шт. (при необходимости).

47. Зажим для фиксации принадлежностей с квадратным отверстием усиленный, модель A32XX - не более 10 шт. (при необходимости).

48. Зажим для фиксации принадлежностей с квадратным отверстием, модель A33XX - не более 10 шт. (при необходимости).

49. Зажим для фиксации принадлежностей с круглым отверстием усиленный, модель A35XX - не более 10 шт. (при необходимости).

50. Зажим для фиксации принадлежностей с круглым отверстием, модель A34XX - не

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104239

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 13

более 10 шт. (при необходимости).

51. Анестезиологическая рамка U-образная, модель A10XX - не более 4 шт. (при необходимости).

52. Двойная боковая опора для рук, модель A41XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

52.1 Боковая опора для руки с зажимом, верхняя, 1 шт.

52.2 Боковая опора для руки с зажимом, нижняя, 1 шт.

53. Подушка гелевая для спинальной хирургии, модель P10XX - не более 4 шт. (при необходимости).

54. Подушка гелевая под грудную клетку, модель P28XX - не более 15 шт. (при необходимости).

55. Подушка гелевая для противотягового упора, модель P14XX - не более 15 шт. (при необходимости).

56. Ремень гелевый для голеностопного сустава, модель P13XX - не более 15 шт. (при необходимости).

57. Ремень гелевый для лучезапястного сустава, модель P27XX - не более 15 шт. (при необходимости).

58. Ремень гелевый для локтевого сустава, модель P18XX - не более 15 шт. (при необходимости).

59. Ремень гелевый для туловища, модель P23XX - не более 15 шт. (при необходимости).

60. Гелевый валик полукруглый детский, модель P04XX - не более 15 шт. (при необходимости).

61. Короткий гелевый валик полукруглый, средний, модель P35MX - не более 15 шт. (при необходимости).

62. Короткий гелевый валик полукруглый, большой, модель P35LX - не более 15 шт. (при необходимости).

63. Короткий гелевый валик полукруглый, малый, модель P35SX - не более 15 шт. (при необходимости).

64. Длинный гелевый валик полукруглый, большой, модель P17LX - не более 15 шт. (при необходимости).

65. Длинный гелевый валик полукруглый, малый, модель P17SX - не более 15 шт. (при необходимости).

66. Длинный гелевый валик полукруглый, средний, модель P17MX - не более 15 шт. (при необходимости).

67. Подушка гелевая для конечностей длинная, модель P03LX - не более 15 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104240

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 14

необходимости).

68. Подушка гелевая для конечностей короткая, модель P03SX - не более 15 шт. (при необходимости).

69. Подушка гелевая под пятку, модель P12XX - не более 15 шт. (при необходимости).

70. Подушка гелевая под тазобедренный сустав, модель P01XX - не более 15 шт. (при необходимости).

71. Подушка гелевая универсальная прямоугольная, малая, модель P24SX - не более 15 шт. (при необходимости).

72. Подушка гелевая универсальная прямоугольная, средняя, модель P24MX - не более 15 шт. (при необходимости).

73. Подушка гелевая универсальная прямоугольная, большая, модель P24LX - не более 15 шт. (при необходимости).

74. Трехсекционный гелевый матрас на весь стол, модель P21XX - не более 5 шт. (при необходимости).

75. Подушка гелевая с полной поддержкой головы при укладке на живот, модель P19XX - не более 15 шт. (при необходимости).

76. Подушка гелевая детская с полной поддержкой головы при укладке на живот, модель P08XX - не более 15 шт. (при необходимости).

77. Подушка гелевая для головы при укладке на живот, малая, модель P11XX - не более 15 шт. (при необходимости).

78. Подушка гелевая для головы при укладке на живот, большая, модель P06XX - не более 15 шт. (при необходимости).

79. Подголовник гелевый круглый, большой, модель P34LX - не более 15 шт. (при необходимости).

80. Подголовник гелевый круглый, средний, модель P34MX - не более 15 шт. (при необходимости).

81. Подголовник гелевый круглый детский, большой, модель P09LX - не более 15 шт. (при необходимости).

82. Подголовник гелевый круглый детский, малый, модель P09SX - не более 15 шт. (при необходимости).

83. Подголовник гелевый круглый для младенцев, модель P32XX - не более 15 шт. (при необходимости).

84. Подголовник гелевый круглый, малый, модель P34SX - не более 15 шт. (при необходимости).

85. Подголовник гелевый круглый детский, средний, модель P09MX - не более 15 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104241

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 15

86. Подголовник гелевый подковообразный, большой, модель P16LX - не более 15 шт. (при необходимости).
87. Подголовник гелевый подковообразный, средний, модель P16MX - не более 15 шт. (при необходимости).
88. Подголовник гелевый подковообразный детский, большой, модель P07LX - не более 15 шт. (при необходимости).
89. Подголовник гелевый подковообразный детский, малый, модель P07SX - не более 15 шт. (при необходимости).
90. Подголовник гелевый подковообразный для новорожденных, модель P31XX - не более 15 шт. (при необходимости).
91. Подголовник гелевый подковообразный, малый, модель P16SX - не более 15 шт. (при необходимости).
92. Подушка гелевая для головы универсальная при укладке на спину, модель P25XX - не более 15 шт. (при необходимости).
93. Подголовник гелевый офтальмологический детский, модель P29LX - не более 15 шт. (при необходимости).
94. Подголовник гелевый офтальмологический, большой, модель P29LX - не более 15 шт. (при необходимости).
95. Подголовник гелевый офтальмологический, малый, модель P29MX - не более 15 шт. (при необходимости).
96. Подушка гелевая для головы при укладке на спину, модель P30XX - не более 15 шт. (при необходимости).
97. Подушка гелевая универсальная под голову, малая, модель P26SX - не более 15 шт. (при необходимости).
98. Подушка гелевая универсальная под голову, большая, модель P26LX - не более 15 шт. (при необходимости).
99. Подушка гелевая универсальная для подлокотника, короткая, модель P20SX - не более 15 шт. (при необходимости).
100. Подушка гелевая универсальная для подлокотника, длинная, модель P20LX - не более 15 шт. (при необходимости).
101. Подушка гелевая для укладки на боку, модель P05XX - не более 15 шт. (при необходимости).
102. Опоры для ног с петлями, модель A08XX - не более 4 пар. (при необходимости)
103. Офтальмологическая головная секция с опорой для рук хирурга, модель A51XX - не более 4 шт. (при необходимости).
104. Столик для операций на верхних конечностях с матрасом, модель A40XX - не

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104242

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 16

более 4 шт. (при необходимости).

105. Устройство для позиционирования пациента на животе для проктологических вмешательств, модель А02ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

105.1. Подушка для позиционирования на животе, 1 шт.

105.2. Ремень, 1 шт.

105.3. Опора для ног, 1 шт.

106. Ремень для позиционирования руки, модель А18ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).

107. Манжета для фиксации конечностей, модель А19ХХ - не более 6 шт. (при необходимости).

108. Секция для операций на голени, навесная, модель А77ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

108.1. Противотяговый упор подколенный, 1 шт.

108.2. Вытяжной механизм, 1 шт.

108.3. Скоба вытяжения, 1 шт.

108.4. Опора для ног по Геппелю, 1 шт.

109. Секция для операций на бедре в положении на боку, навесная, модель А80ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

109.1. Противотяговый упор для бедра, 1 шт.

109.2. Поддерживающая стойка, 2 шт.

109.3. Скоба вытяжения с винтовым механизмом, 1 шт.

109.4. Опора для позиционирования голени, 1 шт.

110. Тазовые секции треугольные расширительные, модель А79ХХ - не более 4 пар. (при необходимости).

111. Поддон для хирургических инструментов, тип 1, модель А45ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

111.1. Фиксатор, 1 шт.

111.2. Поддон, 1 шт.

111.3. Зажим, 1 шт.

111.4. Ограничительное кольцо, 1 шт.

112. Поддон для хирургических инструментов, тип 2, модель А44ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

112.1. Штанга Г-образная, 1 шт.

112.2. Поддон, 1 шт.

112.3. Зажим с круглым отверстием, 1 шт.

112.4. Ограничительное кольцо, 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0104243

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 17

- 112.5. Витовой зажим, 1 шт.
113. Поручень для родовспоможения, модель A07XX - не более 4 шт. (при необходимости).
114. Тазовые секции трапециевидные расширительные, модель A54XX - не более 4 пар. (при необходимости).
115. Устройство для фиксации колена, модель A26XX - не более 4 шт. (при необходимости).
116. Опора для операций на плече с матрасом, модель A39XX - не более 4 шт. (при необходимости).
117. Секция для операций на предплечье, модель A55XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- 117.1. Плечевой дистальный упор, 1 шт.
- 117.2. Плечевой латеральный упор, 1 шт.
- 117.3. Фиксатор кисти по Вайнбергеру, 1 шт.
118. Секция для операций на плече, модель A56XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- 118.1. Локтевой упор, 1 шт.
- 118.2. Фиксатор кисти по Вайнбергеру, 1 шт.
119. Опора для колена, модель A27XX - не более 4 шт. (при необходимости)
120. Устройство-расширитель бокового рельса тип 2, модель A31XX - не более 5 шт. (при необходимости).
121. Устройство-расширитель бокового рельса тип 1, модель A30XX - не более 5 шт. (при необходимости).
122. Подушка гелевая для операций на щитовидной железе, модель P15XX - не более 5 шт. (при необходимости).
123. Подушка гелевая с жесткой внутренней частью, модель P33XX - не более 15 шт. (при необходимости).
124. Зажимы для ремня для фиксации, модель A09XX - не более 10 пар. (при необходимости).
125. Опора для позиционирования руки, модель A37XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- 125.1. Устройство-расширитель бокового рельса тип 2, 1 шт.
- 125.2. Боковая опора для руки, 1 шт.
126. Подушка для ног при позиционировании на боку, модель P22XX - не более 5 шт. (при необходимости).
127. Опора для ноги для секции для операций на нижних конечностях, модель A72XX -

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104244

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 18

не более 5 шт. (при необходимости).

128. Рама для спинальной хирургии, модель НуBF-1 - не более 3 шт. (при необходимости).

129. Тележка для рамы для спинальной хирургии, модель А73ХХ - не более 3 шт. (при необходимости).

130. Одноразовые чехлы для рамы для спинальной хирургии, 6 шт. в упаковке, модель А74ХХ - не более 5 уп. (при необходимости).

131. Матрасы для рамы для спинальной хирургии, модель А75ХХ - не более 3 пар. (при необходимости).

132. Опора для головы для спинальной хирургии, модель А76ХХ - не более 3 шт. (при необходимости).

133. Транспортная секция, модель А03ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).

134. Подковообразная нейрохирургическая головная секция, модель А49ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).

135. Подковообразная головная секция, модель А50ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).

136. Опора для рук хирурга для подковообразной головной секции, модель А52ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).

137. Секция для вытяжения шейного отдела, модель А46ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

137.1. Ролик вытяжения, 1 шт.

137.2. Направляющая 1 шт.

137.3. Винтовой зажим, 1 шт.

137.4. Адаптер, 1 шт.

138. Опора для ног гинекологическая, с пневмопружиной, модель А62ХХ - не более 4 пар. (при необходимости), в составе:

138.1. Ботинок, 2 шт.

138.2. Вкладыш, 2 шт.

138.3. Опора, 2 шт.

138.4. Фиксатор положения, 2 шт.

138.5. Пневмопружина, 2 шт.

139. Опора для ног гинекологическая, механическая, модель А61ХХ - не более 4 пар. (при необходимости), в составе:

139.1. Ботинок, 2 шт.

139.2. Вкладыш, 2 шт.

139.3. Опора, 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0104245

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 19

- 139.4. Фиксатор положения, 2 шт.
140. Секция для операций на нижних конечностях, комфорт навесная, модель HyExtent-III - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:
- 140.1. Направляющие, 2шт.
- 140.2. Тазовая секция, 1шт.
- 140.3. Направляющие с шарнирным соединением, 2шт.
- 140.4. Поддерживающие стойки, 2шт.
- 140.5. Адаптер, 2 шт.
- 140.6. Транспортная тележка, 1шт.
- 140.7. Противотяговый упор, 1шт.
- 140.8. Ботинок комфорт, 2шт.
- 140.9. Вытяжной механизм, 1шт.
141. Секция для операций на нижних конечностях, базовая, навесная, модель HyExtent-III - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:
- 141.1. Направляющие, 2шт.
- 141.2. Тазовая секция, 1шт.
- 141.3. Направляющие с шарнирным соединением, 2шт.
- 141.4. Поддерживающие стойки, 2шт.
- 141.5. Адаптер, 2шт.
- 141.6. Транспортная тележка, 1шт.
- 141.7. Ботинок базовый, 2шт.
- 141.8. Вытяжной механизм, 1шт.
142. Удлинительная секция в комплекте с полиуретановым матрасом, модель A06XP - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- 142.1. Полиуретановый матрас, 1 шт.
- 142.2. Удлинительная секция, 1шт.
143. Удлинительная секция в комплекте с матрасом с эффектом памяти формы, модель A06XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- 143.1. Матрас с эффектом памяти формы, 1 шт.
- 143.2. Удлинительная секция, 1шт.
144. Фиксатор черепа нейрохирургический алюминиевый, артикул 115-038235-00, не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- 144.1. Штифтодержатель одинарный алюминиевый, 1шт.
- 144.2. Штифтодержатель двойной алюминиевый, 1шт.
- 144.3. Черепной фиксатор регулируемый алюминиевый, 1шт.
- 144.4. Переходник шарнирный алюминиевый, 1шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0104246

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 20

- 144.5. Основное крепление алюминиевое.
145. Фиксатор черепа нейрохирургический рентгенпрозрачный, артикул 115-059649-00, не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- 145.1. Штифтодержатель одинарный рентгенпрозрачный, 1 шт.
- 145.2. Штифтодержатель двойной рентгенпрозрачный, 1 шт.
- 145.3. Черепной фиксатор регулируемый рентгенпрозрачный, 1 шт.
- 145.4. Переходник шарнирный Рентгенпрозрачный, 1 шт.
- 145.5. Основное крепление рентгенпрозрачное, 1 шт.
146. Адаптер для фиксатора черепа, артикул 115-038342-00, не более 4 шт. (при необходимости).
147. Штифты к фиксатору черепа титановые взрослые, 3 штуки в упаковке, артикул 101-000474-00, не более 5 шт. (при необходимости).
148. Штифты к фиксатору черепа титановые, детские, 3 штуки в упаковке, артикул 101-000475-00, не более 5 шт. (при необходимости).
149. Штифты к фиксатору черепа из нержавеющей стали взрослые, 3 штуки в упаковке, артикул 101-000476-00, не более 5 шт. (при необходимости).
150. Штифты к фиксатору черепа из нержавеющей стали детские, 3 штуки в упаковке, артикул 101-000477-00, не более 5 шт. (при необходимости).
151. Подковообразный подголовник для фиксатора черепа взрослый, артикул 115-047821-00, не более 5 шт. (при необходимости).
152. Подковообразный подголовник для фиксатора черепа детский, артикул 115-047822-00, не более 5 шт. (при необходимости).
153. Проводной пульт управления с функцией продольного сдвига столешницы, не более 4 шт. (при необходимости).
154. Тележка для принадлежностей, модель A01XX - не более 4 шт. (при необходимости).
155. Беспроводной пульт управления с функцией продольного сдвига столешницы, не более 4 шт. (при необходимости).
156. Беспроводной пульт управления, не более 2шт. (при необходимости).
157. Батарея аккумуляторная 12В, 2 шт. (при необходимости).
158. Предохранитель 250В Т6.3АН, 2 шт. (при необходимости).
159. Переносная зарядная станция для пульта управления, 2 шт. (при необходимости).
- III. Стол операционный универсальный, электрогидравлический HyBase, вариант исполнения HyBase 6100 (ход столешницы 350 мм), в составе:
1. Основной блок стола HyBase 6100 (ход столешницы 350мм), 1шт.
2. Шнур сетевой, 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104247

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 21

3. Руководство оператора, 1 шт.
4. Паспорт, 1 шт.
5. Матрасы, 1 комплект, в составе:
 - 5.1. Матрас для спинной секции, 1 шт. (при необходимости).
 - 5.2. Матрас для тазовой секции, 1 шт. (при необходимости).
 - 5.3. Матрас для головной секции, 1 шт. (при необходимости).
 - 5.4. Матрасы для ножной секции, 2 шт. (при необходимости).
 - 5.5. Матрас для встроенного почечного валика, 1 шт. (при необходимости).
6. Головная секция, 1 шт. (при необходимости).
7. Левая ножная секция, 1 шт. (при необходимости).
8. Правая ножная секция, 1 шт. (при необходимости).
9. Ручной проводной пульт управления, не более 4 шт. (при необходимости).
10. Модуль продольного сдвига столешницы, 1 шт. (при необходимости).
11. Встроенный почечный валик, 1 шт. (при необходимости).
12. Столешница карбоновая, 1 шт. (при необходимости).
13. Столешница карбоновая, с почечным валиком, 1 шт. (при необходимости).
14. Подлокотник легкий в комплекте с матрасом, модель А42ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).
15. Кожух основания из нержавеющей стали, не более 2 шт. (при необходимости).
16. Односекционная ножная секция в комплекте с полиуретановым матрасом, модель А57ХР - не более 2 шт. (при необходимости).
17. Односекционная ножная секция в комплекте с матрасом с эффектом памяти формы, модель А57ХХ - не более 2 шт. (при необходимости).
18. Навесной дренажный таз, универсальный, модель А25ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).
19. Навесной дренажный таз для стола НуBase 6100, модель А70ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).
20. Подлокотник усиленный в комплекте с матрасом с эффектом памяти формы, модель А43ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).
21. Подлокотник усиленный в комплекте с полиуретановым матрасом, модель А43ХР - не более 4 шт. (при необходимости).
22. Опора для ног по Геппелю усиленная, модель А29ХХ - не более 8 шт. (при необходимости).
23. Опоры для ног по Геппелю облегченные, модель А28ХХ - не более 8 пар. (при необходимости).
24. Опора для ступни левая, модель А24ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104248

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 22

25. Опора для ступни правая, модель A24XX – не более 5 шт. (при необходимости).
26. Опора для плеча усиленная левая, модель A15XX – не более 5 шт. (при необходимости).
27. Опора для плеча усиленная правая, модель A15XX – не более 5 шт. (при необходимости).
28. Опора для туловища большая усиленная, модель A17XX – не более 5 шт. (при необходимости).
29. Опора для туловища малая усиленная, модель A17XX – не более 5 шт. (при необходимости).
30. Фиксатор бедра, модель A22XX – не более 5 пар (при необходимости).
31. Фиксатор голени, модель A23XX – не более 5 пар (при необходимости).
32. Ремень для бедра, модель A20XX – не более 5 пар (при необходимости).
33. Ремень для голени, модель A21XX – не более 5 пар (при необходимости).
34. Подушка для спинальной хирургии, модель P02XX – не более 4 шт. (при необходимости).
35. Ремень для фиксации, модель A13XX – не более 10 шт. (при необходимости).
36. Держатель рентген-кассеты, модель A53XX – не более 5 шт. (при необходимости).
37. Крепление для нейрохирургических принадлежностей универсальный, тип 2, модель A47XX – не более 4 шт. (при необходимости).
38. Крепление для нейрохирургических принадлежностей, тип 1, модель A48XX – не более 4 шт. (при необходимости).
39. Штанга для инфузионных растворов с креплением на рельс, модель A60XX – не более 4 шт. (при необходимости).
40. Ножной пульт управления, модель A59XX – не более 4 шт. (при необходимости).
41. Анестезиологическая рамка легкая, модель A12XX – не более 4 шт. (при необходимости).
42. Боковая опора для руки, модель A36XX – не более 4 шт. (при необходимости).
43. Опоры для плеч, модель A14XX – не более 4 пар (при необходимости).
44. Опора для туловища, модель A16XX – не более 4 пар (при необходимости).
45. Анестезиологическая рамка усиленная, модель A11XX – не более 4 шт. (при необходимости).
46. Зажим для фиксации принадлежностей с квадратным отверстием усиленный, модель A32XX – не более 10 шт. (при необходимости).
47. Зажим для фиксации принадлежностей с квадратным отверстием, модель A33XX – не более 10 шт. (при необходимости).
48. Зажим для фиксации принадлежностей с круглым отверстием усиленный, модель

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104249

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 23

- A35XX – не более 10 шт. (при необходимости).
49. Зажим для фиксации принадлежностей с круглым отверстием, модель A34XX – не более 10 шт. (при необходимости).
50. Анестезиологическая рамка U-образная, модель A10XX – не более 4 шт. (при необходимости).
51. Двойная боковая опора для рук, модель A41XX – не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
- 51.1. Боковая опора для руки с зажимом, верхняя, 1 шт.
- 51.2. Боковая опора для руки с зажимом, нижняя, 1 шт.
52. Подушка гелевая для спинальной хирургии, модель P10XX – не более 4 шт. (при необходимости).
53. Подушка гелевая под грудную клетку, модель P28XX – не более 15 шт. (при необходимости).
54. Подушка гелевая для противотягивающего упора, модель P14XX – не более 15 шт. (при необходимости).
55. Ремень гелевый для голеностопного сустава, модель P13XX – не более 15 шт. (при необходимости).
56. Ремень гелевый для лучезапястного сустава, модель P27XX – не более 15 шт. (при необходимости).
57. Ремень гелевый для локтевого сустава, модель P18XX – не более 15 шт. (при необходимости).
58. Ремень гелевый для туловища, модель P23XX – не более 15 шт. (при необходимости).
59. Гелевый валик полукруглый детский, модель P04XX – не более 15 шт. (при необходимости).
60. Короткий гелевый валик полукруглый, средний, модель P35MX – не более 15 шт. (при необходимости).
61. Короткий гелевый валик полукруглый, большой, модель P35LX – не более 15 шт. (при необходимости).
62. Короткий гелевый валик полукруглый, малый, модель P35SX – не более 15 шт. (при необходимости).
63. Длинный гелевый валик полукруглый, большой, модель P17LX – не более 15 шт. (при необходимости).
64. Длинный гелевый валик полукруглый, малый, модель P17SX – не более 15 шт. (при необходимости).
65. Длинный гелевый валик полукруглый, средний, модель P17MX – не более 15 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104250

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 24

(при необходимости).

66. Подушка гелевая для конечностей длинная, модель P03LX – не более 15 шт. (при необходимости).

67. Подушка гелевая для конечностей короткая, модель P03SX – не более 15 шт. (при необходимости).

68. Подушка гелевая под пятку, модель P12XX – не более 15 шт. (при необходимости).

69. Подушка гелевая под тазобедренный сустав, модель P01XX – не более 15 шт. (при необходимости).

70. Подушка гелевая универсальная прямоугольная, малая, модель P24SX – не более 15 шт. (при необходимости).

71. Подушка гелевая универсальная прямоугольная, средняя, модель P24MX – не более 15 шт. (при необходимости).

72. Подушка гелевая универсальная прямоугольная, большая, модель P24LX – не более 15 шт. (при необходимости).

73. Трехсекционный гелевый матрас на весь стол, модель P21XX – не более 5 шт. (при необходимости).

74. Подушка гелевая с полной поддержкой головы при укладке на живот, модель P19XX – не более 15 шт. (при необходимости).

75. Подушка гелевая детская с полной поддержкой головы при укладке на живот, модель P08XX – не более 15 шт. (при необходимости).

76. Подушка гелевая для головы при укладке на живот, малая, модель P11XX – не более 15 шт. (при необходимости).

77. Подушка гелевая для головы при укладке на живот, большая, модель P06XX – не более 15 шт. (при необходимости).

78. Подголовник гелевый круглый, большой, модель P34LX – не более 15 шт. (при необходимости).

79. Подголовник гелевый круглый, средний, модель P34MX – не более 15 шт. (при необходимости).

80. Подголовник гелевый круглый детский, большой, модель P09LX – не более 15 шт. (при необходимости).

81. Подголовник гелевый круглый детский, малый, модель P09SX – не более 15 шт. (при необходимости).

82. Подголовник гелевый круглый для младенцев, модель P32XX – не более 15 шт. (при необходимости).

83. Подголовник гелевый круглый, малый, модель P34SX – не более 15 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104251

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 25

84. Подголовник гелевый круглый детский, средний, модель P09MX – не более 15 шт. (при необходимости).
85. Подголовник гелевый подковообразный, большой, модель P16LX – не более 15 шт. (при необходимости).
86. Подголовник гелевый подковообразный, средний, модель P16MX – не более 15 шт. (при необходимости).
87. Подголовник гелевый подковообразный детский, большой, модель P07LX – не более 15 шт. (при необходимости).
88. Подголовник гелевый подковообразный детский, малый, модель P07SX – не более 15 шт. (при необходимости).
89. Подголовник гелевый подковообразный для новорожденных, модель P31XX – не более 15 шт. (при необходимости).
90. Подголовник гелевый подковообразный, малый, модель P16SX – не более 15 шт. (при необходимости).
91. Подушка гелевая для головы универсальная при укладке на спину, модель P25XX – не более 15 шт. (при необходимости).
92. Подголовник гелевый офтальмологический детский, модель P29LX – не более 15 шт. (при необходимости).
93. Подголовник гелевый офтальмологический, большой, модель P29LX – не более 15 шт. (при необходимости).
94. Подголовник гелевый офтальмологический, малый, модель P29MX – не более 15 шт. (при необходимости).
95. Подушка гелевая для головы при укладке на спину, модель P30XX – не более 15 шт. (при необходимости).
96. Подушка гелевая универсальная под голову, малая, модель P26SX – не более 15 шт. (при необходимости).
97. Подушка гелевая универсальная под голову, большая, модель P26LX – не более 15 шт. (при необходимости).
98. Подушка гелевая универсальная для подлокотника, короткая, модель P20SX – не более 15 шт. (при необходимости).
99. Подушка гелевая универсальная для подлокотника, длинная, модель P20LX – не более 15 шт. (при необходимости).
100. Подушка гелевая для укладки на боку, модель P05XX – не более 15 шт. (при необходимости).
101. Опоры для ног с петлями, модель A08XX – не более 4 пар. (при необходимости).
102. Офтальмологическая головная секция с опорой для рук хирурга, модель A51XX –

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104252

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 26

не более 4 шт. (при необходимости).

103. Столик для операций на верхних конечностях с матрасом, модель А40ХХ – не более 4 шт. (при необходимости).

104. Устройство для позиционирования пациента на животе для проктологических вмешательств, модель А02ХХ – не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

104.1. Подушка для позиционирования на животе, 1 шт.

104.2. Ремень, 1 шт.

104.3. Опора для ног, 1 шт.

105. Ремень для позиционирования руки, модель А18ХХ – не более 5 шт. (при необходимости).

106. Манжета для фиксации конечностей, модель А19ХХ – не более 6 шт. (при необходимости).

107. Секция для операций на голени, навесная, модель А77ХХ – не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

107.1. Противотяговый упор подколенный, 1 шт.

107.2. Вытяжной механизм, 1 шт.

107.3. Скоба вытяжения, 1 шт.

107.4. Опора для ног по Геппелю, 1 шт.

108. Секция для операций на бедре в положении на боку, навесная, модель А80ХХ – не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

108.1. Противотяговый упор для бедра, 1 шт.

108.2. Поддерживающая стойка, 2 шт.

108.3. Скоба вытяжения с винтовым механизмом, 1 шт.

108.4. Опора для позиционирования голени, 1 шт.

109. Тазовые секции треугольные расширительные, модель А79ХХ – не более 4 пар. (при необходимости).

110. Поддон для хирургических инструментов, тип 1, модель А45ХХ – не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

110.1. Фиксатор, 1 шт.

110.2. Поддон, 1 шт.

110.3. Зажим, 1 шт.

110.4. Ограничительное кольцо, 1 шт.

111. Поддон для хирургических инструментов, тип 2, модель А44ХХ – не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

111.1. Штанга Г-образная, 1 шт.

111.2. Поддон, 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104253

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 27

- 111.3. Зажим с круглым отверстием, 1 шт.
111.4. Ограничительное кольцо, 1 шт.
111.5. Витовой зажим, 1 шт.
112. Поручень для родовспоможения, модель А07ХХ – не более 4 шт. (при необходимости).
113. Тазовые секции трапециевидные расширительные, модель А54ХХ – не более 4 пар. (при необходимости).
114. Устройство для фиксации колена, модель А26ХХ – не более 4 шт. (при необходимости).
115. Опора для операций на плече с матрасом, модель А39ХХ – не более 4 шт. (при необходимости).
116. Секция для операций на предплечье, модель А55ХХ – не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
116.1. Плечевой дистальный упор, 1 шт.
116.2. Плечевой латеральный упор, 1 шт.
116.3. Фиксатор кисти по Вайнбергеру, 1 шт.
117. Секция для операций на плече, модель А56ХХ – не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
117.1. Локтевой упор, 1 шт.
117.2. Фиксатор кисти по Вайнбергеру, 1 шт.
118. Опора для колена, модель А27ХХ – не более 4 шт. (при необходимости).
119. Устройство-расширитель бокового рельса тип 2, модель А31ХХ – не более 5 шт. (при необходимости).
120. Устройство-расширитель бокового рельса тип 1, модель А30ХХ – не более 5 шт. (при необходимости).
121. Подушка гелевая для операций на щитовидной железе, модель Р15ХХ – не более 5 шт. (при необходимости).
122. Подушка гелевая с жесткой внутренней частью, модель Р33ХХ – не более 15 шт. (при необходимости).
123. Зажимы для ремня для фиксации, модель А09ХХ – не более 10 пар. (при необходимости).
124. Опора для позиционирования руки, модель А37ХХ – не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
124.1. Устройство-расширитель бокового рельса тип 2, 1 шт.
124.2. Боковая опора для руки, 1 шт.
125. Подушка для ног при позиционировании на боку, модель Р22ХХ – не более 5 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0104254

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 28

(при необходимости)

126. Опора для ноги для секции для операций на нижних конечностях, модель А72ХХ – не более 5 шт. (при необходимости).

127. Рама для спинальной хирургии, модель НуВФ-1 – не более 3 шт. (при необходимости).

128. Тележка для рамы для спинальной хирургии, модель А73ХХ - не более 3 шт. (при необходимости).

129. Одноразовые чехлы для рамы для спинальной хирургии, 6 шт. в упаковке, модель А74ХХ - не более 5 уп. (при необходимости).

130. Матрасы для рамы для спинальной хирургии, модель А75ХХ - не более 3 пар. (при необходимости).

131. Опора для головы для спинальной хирургии, модель А76ХХ - не более 3 шт. (при необходимости).

132. Транспортная секция, модель А03ХХ - не более 5 шт. (при необходимости).

133. Подковообразная нейрохирургическая головная секция, модель А49ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).

134. Подковообразная головная секция, модель А50ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).

135. Опора для рук хирурга для подковообразной головной секции, модель А52ХХ - не более 4 шт. (при необходимости).

136. Секция для вытяжения шейного отдела, модель А46ХХ - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:

136.1. Ролик вытяжения, 1 шт.

136.2. Направляющая 1 шт.

136.3. Винтовой зажим, 1 шт.

136.4. Адаптер, 1 шт.

137. Опора для ног гинекологическая, с пневмопружиной, модель А62ХХ - не более 4 пар. (при необходимости), в составе:

137.1. Ботинок, 2 шт.

137.2. Вкладыш, 2 шт.

137.3. Опора, 2 шт.

137.4. Фиксатор положения, 2 шт.

137.5. Пневмопружина, 2 шт.

138. Опора для ног гинекологическая, механическая, модель А61ХХ - не более 4 пар. (при необходимости), в составе:

138.1. Ботинок, 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0104255

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 29

- 138.2. Вкладыш, 2 шт.
138.3. Опора, 2 шт.
138.4. Фиксатор положения, 2 шт.
139. Секция для операций на нижних конечностях, комфорт навесная, модель NuExtent-III - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:
139.1. Направляющие, 2шт.
139.2. Тазовая секция, 1шт.
139.3. Направляющие с шарнирным соединением, 2шт.
139.4. Поддерживающие стойки, 1шт.
139.5. Адаптер, 2шт.
139.6. Транспортная тележка, 1шт.
139.7. Противотяговый упор, 1шт.
139.8. Ботинок комфорт, 2шт.
139.9. Вытяжной механизм, 1шт.
140. Секция для операций на нижних конечностях, базовая, навесная, модель NuExtent-III - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:
140.1. Направляющие, 2шт.
140.2. Тазовая секция, 1шт.
140.3. Направляющие с шарнирным соединением, 2шт.
140.4. Поддерживающие стойки, 2шт.
140.5. Адаптер, 2шт.
140.6. Транспортная тележка, 1шт.
140.7. Ботинок базовый, 2шт.
140.8. Вытяжной механизм, 1шт.
141. Удлинительная секция в комплекте с полиуретановым матрасом, модель A06XP - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
141.1. Полиуретановый матрас, 1 шт.
141.2. Удлинительная секция, 1шт.
142. Удлинительная секция в комплекте с матрасом с эффектом памяти формы, модель A06XX - не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
142.1. Матрас с эффектом памяти формы, 1 шт.
142.2. Удлинительная секция, 1шт.
143. Фиксатор черепа нейрохирургический алюминиевый, артикул 115-038235-00, не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
143.1. Штифтодержатель одинарный алюминиевый, 1шт.
143.2. Штифтодержатель двойной алюминиевый, 1шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков


0104256


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 сентября 2022 года № ФСЗ 2011/09842

Лист 30

- 143.3. Черепной фиксатор регулируемый алюминиевый, 1 шт.
143.4. Переходник шарнирный алюминиевый, 1 шт.
143.5. Основное крепление алюминиевое.
144. Фиксатор черепа нейрохирургический рентгенпрозрачный, артикул 115-059649-00, не более 4 шт. (при необходимости), в составе:
144.1. Штифтодержатель одинарный рентгенпрозрачный, 1 шт.
144.2. Штифтодержатель двойной рентгенпрозрачный, 1 шт.
144.3. Черепной фиксатор регулируемый рентгенпрозрачный, 1 шт.
144.4. Переходник шарнирный Рентгенпрозрачный, 1 шт.
144.5. Основное крепление рентгенпрозрачное, 1 шт.
145. Адаптер для фиксатора черепа, артикул 115-038342-00, не более 4 шт. (при необходимости).
146. Штифты к фиксатору черепа титановые взрослые, 3 штуки в упаковке, артикул 101-000474-00, не более 5 шт. (при необходимости).
147. Штифты к фиксатору черепа титановые, детские, 3 штуки в упаковке, артикул 101-000475-00, не более 5 шт. (при необходимости).
148. Штифты к фиксатору черепа из нержавеющей стали взрослые, 3 штуки в упаковке, артикул 101-000476-00, не более 5 шт. (при необходимости).
149. Штифты к фиксатору черепа из нержавеющей стали детские, 3 штуки в упаковке, артикул 101-000477-00, не более 5 шт. (при необходимости).
150. Подковообразный подголовник для фиксатора черепа взрослый, артикул 115-047821-00, не более 5 шт. (при необходимости).
151. Подковообразный подголовник для фиксатора черепа детский, артикул 115-047822-00, не более 5 шт. (при необходимости).
152. Проводной пульт управления с функцией продольного сдвига столешницы, не более 4 шт. (при необходимости).
153. Беспроводной пульт управления с функцией продольного сдвига столешницы, не более 4 шт. (при необходимости).
154. Тележка для принадлежностей, модель A01XX - не более 4 шт. (при необходимости).
155. Беспроводной пульт управления, не более 2 шт. (при необходимости).
156. Батарея аккумуляторная 12В, 2 шт. (при необходимости).
157. Предохранитель 250В Т6.3АН, 2 шт. (при необходимости).
158. Переносная зарядная станция для пульта управления, 2 шт. (при необходимости).


Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


Д.Ю. Павлюков

0104257